



GDJE/ŠTO	ČIME	KAKO	UČESTALOST/KADA
		Pripremljeno sredstvo u pjeni, s raspršivačem. Nanesite deterdžentni dezinficijens u obliku pjene na površinu ili, po mogućnosti, na netkani materijal. Nakon preporučenog kontaktog vremena ostaviti da se osuši. Ispriati ukoliko tretirane površine dolaze u kontakt sa kožom i sluznicama.	• 1 x dnevno, po potrebi češće.
OSJETLJIVE POVRŠINE (dijelovi uređaja, respiratora, površine, tipke uređaja osjetljivih na djelovanje alkohola)		Maramice spremne za korištenje. Nanesite na područje koje želite tretirati, primjenjujući onoliko maramica koliko je potrebno. Poštivati kontaktno vrijeme indicirano za traženu antimikrobnu aktivnost. Dobro zatvoriti pakiranje nakon svakog otvaranja. Nije potrebno ispirati ako tretirane površine ne dolaze u neposredan dodir s kožom, sluznicom ili hranom.	
		Priprema 0,25%-tne otopine : uliti 20 ml koncentriranog sredstva u 8 L vode- promiješati (za pojedine uzročnike provjeriti konc. i kontaktno vrijeme). Ispiranje nije potrebno, osim ako tretirane površine dolaze u kontakt s kožom ili sluznicom.	• 1 x dnevno, po potrebi i češće, te nakon vidljivog zaprljanja/kontaminacije.
OSTALE POVRŠINE (podovi)		Prirediti 0,5 % otopinu (u 5L vode dodati 25 g koncentriranog dezificijensa u prahu). Za pojedine uzročnike poštovati kontaktno vrijeme. Ispiranje nije potrebno, osim ukoliko tretirane površine dolaze u kontakt s kožom ili sluznicom.	• Po potrebi, u slučaju boravka korisnika koji je koloniziran višestruko otpornim bakterijama, te u slučaju dospijevanja biološkog sadržaja na pod.
		Priprema 0,25%-tne otopine : uliti 20 ml koncentriranog sredstva u 8 L vode- promiješati (za pojedine uzročnike provjeriti konc. i kontaktno vrijeme). Ispiranje nije potrebno osim ako tretirane površine dolaze u kontakt s kožom ili sluznicom.	• 1-2 x mjesečno.
OSTALE POVRŠINE (zidovi-ukoliko su predviđeni za pranje)		Prirediti 0,5 % otopinu (u 5L vode dodati 25 g koncentriranog dezificijensa u prahu). Za pojedine uzročnike poštovati kontaktno vrijeme. Ispiranje nije potrebno, osim ukoliko tretirane površine dolaze u kontakt s kožom ili sluznicom.	• U slučaju prskanja biološkog materijala.
		Uredajem AEROSEPT 500, uz primjenu ASEPTANIOS AD - dezinficijensa za raspršivanje zrakom. Koristi se u prethodno očišćenim prostorima, u kojima nema ljudi u trenutku dezinfekcije prostora.	• U slučajevima pojave i širenja multirezistentnih bakterija, <i>C. difficile</i> , <i>Noro-virusa</i> , i nakon otpusta/smrti korisnika koji su bili kolonizirani/inficirani navedenim patogenima.

Priredile: prof. dr. sc. Ivana Mareković, prof. dr. sc. Ana Budimir, doc. dr. sc. Zrinka Bošnjak, Klinički bolnički centar Zagreb, Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolničke infekcije

* Ako se u ustanovi nalazi korisnik s *Clostridium difficile* koji je sporogena bakterija, alkoholni preparati za utrijavanje, odnosno higijensku dezinfekciju ruku ne djeluju jer ne uništavaju spore. Zato u svakoj indikaciji za higijenu ruku, ruke, bile vidljivo kontaminirane ili ne, treba oprati tekućim sapunom i vodom.

** Po preporuci proizvođača

Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvećat pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za uporabu proizvoda.

datum sastavljanja: svibanj 2018.





PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Pilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb, Hrvatska.
Tel.: + 385 1 37 20 000, Faks: + 385 1 37 20 111
www.pliva.hr, www.plivamed.net, www.pliva-sept.hr



Pavé du Moulin - 59260 Lille - Hellennes -FRANCE
Téléphone +33 3 20 67 67 67 - Fax +33 3 20 05 27 48
www.anios.com

Prijedlog korištenja ANIOS dezinficijensa u domovima za starije i nemoćne osobe



GDJE/ŠTO	ČIME	KAKO	UČESTALOST/KADA	GDJE/ŠTO	ČIME	KAKO	UČESTALOST/KADA
 RUKE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA	 ANIOSAFE SD HF DERMANIOS SCRUB CHX 4%**	Higijensko pranje (5 ml / 30 - 60 s) kod vidljivo zaprljanih ruku i <i>Clostridium difficile</i> .* Kad se ruke peru vodom i tekućim sapunom, sapun se nanese na vlažne ruke, trljajući čitavu površinu šaka preporučenim pokretima, u vremenu od 30-60 sekundi.	Uvijek: <ul style="list-style-type: none"> • prije kontakta s korisnikom • prije aseptičnih postupaka • nakon rizika izlaganju tjelesnim tekućinama • nakon kontakta s korisnikom • nakon kontakta s okolinom korisnika 	 PRIBOR I INSTRUMENTI (prije sterilizacije)	 ANIOSEPT ACTIV	Pripremiti 1% radnu otopinu tako da se u 5 L vode doda 50g praha. Uroniti pribor u otopinu tijekom 30 minuta tako da je u potpunosti prekriven tekućinom, te nakon toga isprati i osušiti. Svaki dan potrebno je pripremiti novu radnu otopinu. U slučaju da se radi o korisniku s <i>Clostridium difficile</i> infekcijom, potrebno je ponoviti postupak koristeći novu 2% radnu otopinu. Pripremiti 2% radnu otopinu tako da se u 5 L vode doda 100 g praha. Uroniti pribor u otopinu tijekom 15 minuta tako da je u potpunosti prekriven tekućinom, te nakon toga isprati i osušiti. Svaki dan potrebno je pripremiti novu radnu otopinu.	• Nakon upotrebe.
 RUKE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA	 ANIOSGEL 800 ANIOSRUB 800	Higijensko utrijavanje (3 - 5ml / 30 s). Pri uporabi alkoholnog preparata za utrijavanje, uliti 3 - 5 ml preparata u skupljene dlanove i pokriti njime čitavu površinu obju šaka. Trljati ruke preporučenim pokretima dok ruke ne budu suhe, u vremenu od 30 sekundi.	Uvijek: <ul style="list-style-type: none"> • prije kontakta s korisnikom • prije aseptičnih postupaka • nakon rizika izlaganju tjelesnim tekućinama • nakon kontakta s korisnikom • nakon kontakta s okolinom korisnika 	 ČESTO DOTICANE POVRŠINE (kvaka, telefon, tastatura, prekidač)	 ANIOSSPRAY QUICK	Gotovo, već pripremljeno sredstvo za dezinfekciju u spreju. Prskati ravnomjerno na očišćene površine, ostaviti da djeluje minimalno 30 s. Isprati.	• Nekoliko puta dnevno, ovisno o učestalosti primjene.
 RUKE KORISNIKA	 ANIOSAFE SD HF DERMANIOS SCRUB CHX 4%**	Higijensko pranje (5 ml / 30 - 60 s) kod vidljivo zaprljanih ruku i <i>Clostridium difficile</i> .*	<ul style="list-style-type: none"> • uvijek kad izgledaju prljavo • prije jela • pri korištenju sanitarnog čvora • prije stavljanja kontaktnih leća • prije uzimanja lijekova • nakon dodira s izlučevinama (slina, iscjedak iz nosa, krv, povraćeni sadržaj) 	 ČESTO DOTICANE OSJETLJIVE POVRŠINE (touch screen ekran i slično, površine od pleksiglasa)	 SURFA' SAFE PREMIUM	Pripremljeno sredstvo u pjeni, s raspršivačem. Nanesite deterđentni dezinficijens u obliku pjene na površinu ili, po mogućnosti, na netkan materijal. Nakon preporučenog kontaktog vremena ostaviti da se osuši. Isprati ukoliko tretirane površine dolaze u kontakt sa kožom i sluznicama.	• 1 x dnevno
 RUKE KORISNIKA	 ANIOSGEL 800 ANIOSRUB 800	Higijensko utrijavanje (3 - 5ml / 30 s).	<ul style="list-style-type: none"> • uvijek kad izgledaju prljavo • prije jela • pri korištenju sanitarnog čvora • prije stavljanja kontaktnih leća • prije uzimanja lijekova • nakon dodira s izlučevinama (slina, iscjedak iz nosa, krv, povraćeni sadržaj) 	 WIP' ANIOS EXCELL	 WIP' ANIOS EXCELL	Maramice spremne za korištenje. Nanesite na područje koje želite tretirati, primjenjujući onoliko maramica koliko je potrebno. Poštivati kontaktno vrijeme indicirano za traženu antimikrobnu aktivnost. Dobro zatvoriti pakiranje nakon svakog otvaranja. Nije potrebno isprati ako tretirane površine ne dolaze u neposredan dodir s kožom, sluznicom ili hranom.	• Više puta dnevno.
 KOŽA KORISNIKA	 ANIOSAFE SD HF DERMANIOS SCRUB CHX 4%	Nanelite losion na vlažnu kožu i vlašište i trljajte dok se ne zapjeni. Temeljito istrijajte sve dijelove tijela izbjegavajući područje očiju.	<ul style="list-style-type: none"> • Pranje, kupanje i njega kože osoba osjetljivih na sapune (starije i nepokretnе osobe). • Dekolonizacija MRSA korisnika. 	 SVE ČESTO DOTICANE POVRŠINE U OKOLINI KORISNIKA KOJI JE KOLONIZIRAN VIŠESTRUKO OTPORNIM BAKTERIJAMA	 ANIOS QUICK WIPES	Maramice za dezinfekciju - Maramice spremne za korištenje - Upotrijebiti ih na prethodno očišćenom medicinskom pomagalu. Primijeniti na cijelo područje koje treba dezinficirati, primjenjujući onoliko maramica koliko je potrebno. Poštivati kontaktno vrijeme indicirano za traženu antimikrobnu aktivnost. Nije potrebno isprati ako medicinski proizvod ne dolazi u direktn kontakt s kožom ili sluznicom. Ponoviti nanošenje kad god je to potrebno ili se pridržavati važećeg plana dezinfekcije. Dobro zatvoriti pakiranje nakon svakog otvaranja.	• Više puta dnevno.
 OPREMA ZA DIJAGNOSTIKU (stetoskop, tlakomjer s manžetom za odrasle i djecu, neurološki čekić, svjetiljka za pregled pupile, glukometar)	 ANIOS QUICK WIPES	Maramice za dezinfekciju - Maramice spremne za korištenje - Upotrijebiti ih na prethodno očišćenom medicinskom pomagalu. Primijeniti na cijelo područje koje treba dezinficirati, primjenjujući onoliko maramica koliko je potrebno. Poštivati kontaktno vrijeme indicirano za traženu antimikrobnu aktivnost. Nije potrebno isprati ako medicinski proizvod ne dolazi u direktn kontakt s kožom ili sluznicom. Ponoviti nanošenje kad god je to potrebno ili se pridržavati važećeg plana dezinfekcije. Dobro zatvoriti pakiranje nakon svakog otvaranja.	<ul style="list-style-type: none"> • Nakon upotrebe. 	 PREDMETI I POVRŠINE U OKOLINI KORISNIKA KOLONIZIRANO S C. DIFFICILE	 ANIOXY-SPRAY WS	Proizvod spremen za uporabu - Raspršiti sredstvo izravno po površini koju je potrebno tretirati ili na čistu i suhu netkan krpku. Krpom istrijljati površinu. Ostaviti da djeluje potrebno kontaktno vrijeme. Isprati ukoliko tretirane površine dolaze u kontakt s kožom i sluznicom.	• Više puta dnevno.
 OPREMA ZA DIJAGNOSTIKU (stetoskop, tlakomjer s manžetom za odrasle i djecu, neurološki čekić, svjetiljka za pregled pupile, glukometar)	 SURFA' SAFE PREMIUM	Pripremljeno sredstvo u pjeni, s raspršivačem. Nanesite deterđentni dezinficijens u obliku pjene na površinu ili, po mogućnosti, na netkan materijal. Nakon preporučenog kontaktog vremena ostaviti da se osuši. Isprati ukoliko tretirane površine dolaze u kontakt sa kožom i sluznicama.	• Nakon upotrebe.				
 OPREMA ZA DIJAGNOSTIKU (stetoskop, tlakomjer s manžetom za odrasle i djecu, neurološki čekić, svjetiljka za pregled pupile, glukometar)	 ANIOSSPRAY QUICK	Gotovo, već pripremljeno sredstvo za dezinfekciju u spreju. Prskati ravnomjerno na očišćene radne površine. Ostaviti da djeluje minimalno 30 s. Isprati.	• Nakon upotrebe.				