

GDJE/ŠTO	ČIME	KAKO	UČESTALOST/KADA
RADNE POVRŠINE (stol za pregled, kolica, hodalice)	SURFA' SAFE PREMIUM ANIOSPRAY QUICK	Pripremljeno sredstvo u pjeni, s raspršivačem. Nanesite deteržentni dezinficijens dezinficijens u obliku pjene na površinu ili, po mogućnosti, na netkani materijal. Nakon preporučenog kontaktnog vremena ostaviti da se osuši. Ispiranje nije potrebno, osim ako tretirane površine dolaze u direktni kontakt sa kožom ili sluznicom. Gotovo, već pripremljeno sredstvo za dezinfekciju u spreju. Prskati ravnomjerno na očišćene radne površine otporne na alkohol, ostaviti da djeluje 30 s. Ispri. Maramice spremne za korištenje. Nanesite na područje koje želite tretirati, primjenjujući onoliko maramica koliko je potrebno. Poštivati kontaktno vrijeme indicirano za traženu antimikrobnu aktivnost. Dobro zatvoriti pakiranje nakon svakog otvaranja. Nije potrebno ispirati ako tretirane površine ne dolaze u neposredan dodir s kožom, sluznicom ili hranom.	• Nakon upotrebe • 1x dnevno, po potrebi češće ili rijedje, prema procjeni.
OSJETLJIVE POVRŠINE (dijelovi uredaja, respiratora, površine, tipke uredaja osjetljivih na djelovanje alkohola)	SURFA' SAFE PREMIUM WIP' ANIOS EXCELL	Pripremljeno sredstvo u pjeni, s raspršivačem. Nanesite deteržentni dezinficijens dezinficijens u obliku pjene na površinu ili, po mogućnosti, na netkani materijal. Nakon preporučenog kontaktnog vremena ostaviti da se osuši. Ispiranje nije potrebno, osim ako tretirane površine dolaze u direktni kontakt sa kožom ili sluznicom. Maramice spremne za korištenje. Nanesite na područje koje želite tretirati, primjenjujući onoliko maramica koliko je potrebno. Poštivati kontaktno vrijeme indicirano za traženu antimikrobnu aktivnost. Dobro zatvoriti pakiranje nakon svakog otvaranja. Nije potrebno ispirati ako tretirane površine ne dolaze u neposredan dodir s kožom, sluznicom ili hranom.	• 1x dnevno, po potrebi i češće, te nakon vidljivog zaprljanja/kontaminacije.
OSTALE POVRŠINE (podovi, stolovi, površine ormarića, prozorske daske)	SURFANIOS PREMIUM ANIOS OXY'FLOOR	Priprema 0,25%-te otopine : uliti 20 ml koncentriranog sredstva u 8 L vode- promiješati. (za pojedine uzročnike provjeriti conc. i kontaktno vrijeme). Nije potrebno ispiranje osim ako tretirane površine dolaze u kontakt s kožom ili sluznicama. Prirediti 0,5 % otopinu (u 5L vode dodati 25 g koncentriranog dezificijensa u prahu). Za pojedine uzročnike poštovati kontaktno vrijeme. Nije potrebno ispiranje osim ako tretirane površine dolaze u kontakt s kožom ili sluznicama.	• Po potrebi, u slučaju boravka bolesnika koji je koloniziran višestruko otpornim bakterijama, te u slučaju dospijevanja biološkog sadržaja na pod. • 1-2 x mjesечно.
ZIDOVİ (ukoliko su predviđeni za pranje, prozori)	SURFANIOS PREMIUM ANIOS OXY'FLOOR	Priprema 0,25%-te otopine: uliti 20 ml koncentriranog sredstva u 8 L vode- promiješati. (za pojedine uzročnike provjeriti conc. i kontaktno vrijeme). Nije potrebno ispiranje osim ako tretirane površine dolaze u kontakt s kožom ili sluznicama. Prirediti 0,5 % otopinu (u 5L vode dodati 25 g koncentriranog dezificijensa u prahu). Za pojedine uzročnike poštovati kontaktno vrijeme. Nije potrebno ispiranje osim ako tretirane površine dolaze u kontakt s kožom ili sluznicama.	• U slučaju prskanja biološkog materijala.
PROSTOR - DEZINFEKCIJA	UREDAJEM AEROSEPT 500, UZ PRIMJENU ASEPTANIOS AD -DEZINFICIJENA ZA RASPRŠIVANJE ZRAKOM	Uredajem AEROSEPT 500, uz primjenu ASEPTANIOS AD -dezinficijena za raspršivanje zrakom. Koristi se u prethodno očišćenim prostorima, u kojima nema ljudi u trenutku dezinfekcije prostora.	• U slučajevima pojave i širenja multirezistentnih bakterija, C. difficile, Norovirusa, i nakon otpusta/ smrti bolesnika koji su bili kolonizirani/inficiirani navedenim patogenima.

Priredile: prof. dr. sc. Ivana Mareković, prof. dr. sc. Ana Budimir, doc. dr. sc. Zrinka Bošnjak, Klinički bolnički centar Zagreb, Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolničke infekcije

* Ako se u ustanovi nalazi korisnik s Clostridium difficile koji je sporogena bakterija, alkoholni preparati za utrijavaње, odnosno higijensku dezinfekciju ruku ne djeluju jer ne uništavaju spore. Zato u svakoj indikaciji za higijenu ruku, ruke, bile vidljivo kontaminirane ili ne, treba oprati tekućim sapunom i vodom.

** Po preporuci proizvođača

Prijedlog korištenja ANIOS dezinficijensa na odjelima srednjeg rizika



datum sastavljanja: svibanj 2018.

Biocidni proizvod rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o proizvodu.

Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za uporabu proizvoda.

PLIVA


PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prlaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb, Hrvatska.
Tel.: + 385 1 37 20 000, Faks: + 385 1 37 20 111
www.pliva.hr, www.plivamed.net, www.pliva-sept.hr

**laboratoires
ANIOS**
Le professionnel de la désinfection

Pavé du Moulin - 59260 Lille - Hellennes -FRANCE
Téléphone +33 3 20 67 67 67 - Fax +33 3 20 05 27 48
www.anios.com

PLIVA

**laboratoires
ANIOS**
Le professionnel de la désinfection

GDJE/ŠTO	ČIME	KAKO	UČESTALOST/KADA	GDJE/ŠTO	ČIME	KAKO	UČESTALOST/KADA	
	 ANIOSAFE SD HF	 DERMANIOS SCRUB CHX 4%**	Higijensko pranje (5 ml / 30 - 60 s) kod vidljivo zaprljanih ruku i <i>Clostridium difficile</i> .* Kad se ruke peru vodom i tekućim sapunom, sapun se nanese na vlažne ruke, trljajući čitavu površinu šaka preporučenim pokretima, u vremenu od 30-60 sekundi.	Uvijek: <ul style="list-style-type: none">• prije kontakta s bolesnikom• prije aseptičnih postupaka• nakon rizika izlaganju tjelesnim tekućinama• nakon kontakta s bolesnikom• nakon kontakta s okolinom bolesnika		 ANIOSCLEAN EXCEL D	Čišćenje prije dezinfekcije – Potpuno uroniti medicinski uredaj i četkati kanale. Dobro isprati unutarnje i vanjske dijelove vodovodnog vodom. Obrisati čistim ručnikom. Aniosyme XL3 – 0,5% koncentracija (25 mL u 5 litara hladne ili mlake vode); vrijeme namakanja ovisno o mikroorganizmima na koje se cilja. Ili	• Nakon upotrebe
	 ANIOSGEL 800	 ANIOSRUB 800	Higijensko utrljavanje (3-5ml / 30 s). Pri uporabi alkoholnog preparata za utrljavanje, uliti 3-5 ml preparata u skupljene dlanove i pokriti njime čitavu površinu obju šaka. Trljati ruke preporučenim pokretima dok ruke ne budu suhe, u vremenu od 30 sekundi.	Uvijek: <ul style="list-style-type: none">• prije kontakta s bolesnikom• prije aseptičnih postupaka• nakon rizika izlaganju tjelesnim tekućinama• nakon kontakta s bolesnikom• nakon kontakta s okolinom bolesnika	 OPASTERANIOS	 ANIOXYDE 1000	Dezinfekcija - Otopina spremna za upotrebu; kontaktno vrijeme 5 minuta osim kod <i>C. difficile</i> 30 minuta; stabilnost radne otopine 14 dana; ispravnost otopine provjeravati testnim trakama. Isprati i osušti prema protokolu. Dezinfekcija - Aktivirati otopinu; kontaktno vrijeme 5 minuta; stabilnost radne otopine 14 dana; ispravnost otopine provjeravati testnim trakama. Isprati i osušti prema protokolu.	
	 ANIOSAFE SD HF	 DERMANIOS SCRUB CHX 4%**	Higijensko pranje (5 ml / 30 - 60 s) kod vidljivo zaprljanih ruku i <i>Clostridium difficile</i> * Kad se ruke peru vodom i tekućim sapunom, sapun se nanese na vlažne ruke, trljajući čitavu površinu šaka preporučenim pokretima, u vremenu od 30-60 sekundi.	<ul style="list-style-type: none">• uvijek kad izgledaju prljavo• prije jela• pri korištenju sanitarnog čvora• prije stavljanja kontaktnih leća• prije uzimanja lijekova• nakon dodira s izlučevinama (slina, iscijedak iz nosa, krv, povraćeni sadržaj)		 ANIOSPRAY QUICK	Gotovo, već pripremljeno sredstvo za dezinfekciju u spreju. Prskati ravnomerno na očišćene radne površine, ostaviti da djeluje min 30 s. Isprati.	• Nekoliko puta dnevno, ovisno o učestalosti primjene u slučaju direktnе kontaminacije - ODMAH
	 ANIOSGEL 800	 ANIOSRUB 800	Higijensko utrljavanje (3 - 5 ml / 30 s) Pri uporabi alkoholnog preparata za utrljavanje, uliti 3-5 ml preparata u skupljene dlanove i pokriti njime čitavu površinu obju šaka. Trljati ruke preporučenim pokretima dok ruke ne budu suhe, u vremenu od 30 sekundi.	<ul style="list-style-type: none">• uvijek kad izgledaju prljavo• prije jela• pri korištenju sanitarnog čvora• prije stavljanja kontaktnih leća• prije uzimanja lijekova• nakon dodira s izlučevinama (slina, iscijedak iz nosa, krv, povraćeni sadržaj)		 SURFANIOS PREMIUM	Priprema 0,25%-ne otopine : uliti 20 ml koncentriranog sredstva u 8 L vode- promješati (za pojedine uzročnike provjeriti konc. i kontaktno vrijeme). Nije potrebno ispiranje osim ako tretirane površine dolaze u kontakt s kožom ili sluznicama.	• Više puta dnevno
	 ANIOSAFE SD HF	 DERMANIOS SCRUB CHX 4%	Nanelite losion na vlažnu kožu i vlažite i trljajte dok se ne zapjeni. Temeljito istrljavite sve dijelove tijela izbjegavajući područje očiju.	<ul style="list-style-type: none">• Pranje, kupanje i njega kože osoba osjetljivih na sapune (starije i nepokretne osobe).		 SURFA' SAFE PREMIUM	Pripremljeno sredstvo u pjeni, s raspršivačem. Nanesite deterđeni dezinficijens dezinficijens u obliku pjene na površinu ili, po mogućnosti, na netkanu materijal. Nakon preporučenog kontaktog vremena ostaviti da se osuši. Ispiranje nije potrebno, osim ako tretirane površine dolaze u direktni kontakt sa kožom ili sluznicom.	
	 ANIOSAFE SD HF	 DERMANIOS SCRUB CHX 4%	Nanelite antiseptik na vlažnu kožu i vlažite i trljajte dok se ne zapjeni. Temeljito istrljavite sve dijelove tijela izbjegavajući područje očiju.	<ul style="list-style-type: none">• Dekolonizacija MRSA korisnika.		 WIP' ANIOS EXCELL	Maramice spreme za korištenje. Nanesite na područje koje želite tretirati, primjenjujući onoliko maramica koliko je potrebno. Poštivati kontaktno vrijeme indicirano za traženu antimikrobnu aktivnost. Dobro zatvoriti pakiranje nakon svakog otvaranja. Nije potrebno ispirati ako tretirane površine ne dolaze u neposredan dodir s kožom, sluznicom ili hransom.	• Više puta dnevno.
	 ANIOS QUICK WIPES	 ANIOSEPT ACTIV	Maramice za dezinfekciju - Maramice spreme za korištenje - Upotrijebiti ih na prethodno očišćenom medicinskom pomagalu. Primijeniti na cijelo područje koje treba dezinficirati, primjenjujući onoliko maramica koliko je potrebno. Poštivati kontaktno vrijeme indicirano za traženu antimikrobnu aktivnost. Nije potrebno ispirati ako medicinski proizvod ne dolazi u direktan kontakt s kožom ili sluznicom. Ponoviti nanošenje kad god je to potrebno ili se pridržavati važećeg plana dezinfekcije. Dobro zatvoriti pakiranje nakon svakog otvaranja.	<ul style="list-style-type: none">• Nakon upotrebe.		 SURFANIOS PREMIUM	Priprema 0,25%-ne otopine : uliti 20 ml koncentriranog sredstva u 8 L vode- promješati (za pojedine uzročnike provjeriti konc. i kontaktno vrijeme). Nije potrebno ispiranje osim ako tretirane površine dolaze u kontakt s kožom ili sluznicama.	• Više puta dnevno.
	 ANIOS QUICK WIPES	 ANIOSEPT ACTIV	Pripremiti 1% radnu otopinu tako da se u 5 L vode doda 50 g praha. Uroniti pribor u otopinu tijekom 30 minuta tako da je u potpunosti prekriven tekućinom, te nakon toga isprati i osušiti. Svaki dan potrebitno je pripremiti novu radnu otopinu. U slučaju da se radi o korisniku s <i>Clostridium difficile</i> infekcijom potrebno je ponoviti postupak koristeći novu 2% radnu otopinu. Pripremiti 2% radnu otopinu tako da se u 5 L vode doda 100 g praha. Uroniti pribor u otopinu tijekom 15 minuta tako da je u potpunosti prekriven tekućinom, te nakon toga isprati i osušiti. Svaki dan potrebitno je pripremiti novu radnu otopinu.	<ul style="list-style-type: none">• Nakon upotrebe.		 ANIOSPRAY QUICK	Gotovo, već pripremljeno sredstvo za dezinfekciju u spreju. Prskati ravnomerno na očišćene radne površine, ostaviti da djeluje min 30 s. Isprati.	
	 ANIOSEPT ACTIV					 ANIOS QUICK WIPES	Maramice za dezinfekciju - Maramice spreme za korištenje - Upotrijebiti ih na prethodno očišćenom medicinskom pomagalu. Nije potrebno ispirati ako medicinski proizvod ne dolazi u direktan kontakt s kožom ili sluznicom.	• Više puta dnevno
						 ANIOXY-SPRAY WS	Proizvod spremen za uporabu-Raspršiti sredstvo izravno po površini koju je potrebno tretirati ili na čistu i suhu netkanu krpnu. Krom istrljati površinu. Ostaviti da djeluje potrebno kontaktno vrijeme. Isprati ukoliko tretirane površine dolaze u kontakt s kožom i sluznicom.	